

Bisco

CE 0459

TheraCal LC[®]

Light-Cured

Resin-Modified Calcium Silicate Pulp Protectant/Liner

 Перейти в магазин [ЭльДент](#) и заказать: 

RU



BISCO, Inc.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
847-534-6000
1-800-247-3368

IN-192R8
Rev. 5/16

TheraCal LC®

Кальциевая Выстилка модифицированная смолой для защиты пульпы

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

предназначена для применения в качестве барьера и для защиты пульпы зуба. Свойства материала **TheraCal LC** позволяют использовать его во любых глубоких полостях. Отверждение светом дает возможность врачу экономить время и продолжить восстановление зуба сразу после отверждения **TheraCal LC** светом. Материал легко и удобно наносить и контролировать на полости благодаря тиксотропным свойствам. Уникальная гидрофильная смола, входящая в состав материала, создает стабильный и прочный защитный слой.

Показания к применению:

1. **TheraCal LC** предназначен для прямого покрытия пульпы зуба. Она может помещаться непосредственно на оголенные участки пульпы. Онапоказана для покрытия пульпы, в том числе:
 - После кариозного воздействия
 - Механического воздействие
 - Экспозиции из-за травмы
2. **TheraCal LC** предназначен для нанесения в качестве выстилки и герметика:
 - Перед амальгамной реставрацией
 - В реставрация первого и второго класса
 - Как материал основание
 - Перед использованием цемента
 - В качестве альтернативы гидроксида кальция
 - В качестве альтернативы стеклоиономерных цементов / RMGI
 - В качестве альтернативы герметизирующему лаку
 - В качестве альтернативы фосфату цинка
 - В качестве альтернативы IRM / ZOE (традиционным реставрационным материалам)

Предупреждения:

- **TheraCal LC** содержит полимеризуемые мономеры метилметакрилата. Избегайте длительного или многократного воздействия на кожу, мягкие ткани полости рта и глаз. Это может привести к раздражению и возможному повреждению роговицы, кожной сыпи, раздражению слизистой оболочки полости рта или другим аллергическим реакциям (аллергический контактный дерматит). Не принимать внутрь.
- **TheraCal LC** не рекомендуется для использования пациентам, которые имеют в анамнезе тяжелые аллергические реакции на смолы метакрилата.

Особые указания:

- Продукт содержит элементы, которые предназначены для одноразового использования. Утилизируйте компоненты, предназначенные для единократного использования.

Меры предосторожности:

- В силу состава **TheraCal LC** необходимо использовать только в ситуациях, где он может защищен от внутриротовой среды. Материал должен быть перекрыт другим материалом.
- Успех процедуры может зависит от чистоты операции. Рекомендуется использовать коффердам.
- Кровотечение пульпы необходимо остановить до использования **TheraCal LC**. Если кровотечение не контролируется, необходимо рассмотреть вопрос о проведении эндодонтического лечения.
- Если толщина материала больше, чем 1 мм, желательно наносить и полимеризовать **TheraCal LC** небольшими порциями.
- **TheraCal LC** - материал светового отверждения. Продолжайте восстановление сразу же после полимеризации материала светом.
- Срок годности указан на каждом компоненте материала.
- Паспорт безопасности находится
- Данные по безопасности содержатся в www.bisco.com

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Защита открытой пульпы

1. Используйте коффердам. Подготовьте полость.
2. Удалите кровь с препаровки ватным тампоном смоченным стерильным физиологическим раствором.
3. Промокните препаровку стерильным ватным тампончиком, оставив ее слегка влажной.
4. Нанесите **TheraCal LC** непосредственно на пульпу слоем не более 1 мм толщиной. Необходимо нанести **TheraCal LC** на всю площадь оголения пульпы и не менее чем на 1 мм окружающего оголение плотного дентина. Полимеризуйте между слоями.

5. Полимеризуйте каждую порцию материала в течение 20 секунд.
6. Наносите адгезив и композит для восстановления полости в соответствии с инструкциями производителя. Продолжайте восстановление зуба.

2. Использование в глубоких полостях (в качестве выстилки/герметика)

1. Используйте коффердам. Подготовьте полость. Оставьте препаровку слегка влажной.
2. Нанесите **TheraCal LC** непосредственно на все дно препаровки (на глубокий дентин) слоем не более 1 мм толщиной. Если наносите несколько слоев (порций) - полимеризуйте между слоями.
3. Полимеризуйте каждую порцию материала в течение 20 секунд.
4. Наносите адгезив и композит для восстановления полости в соответствии с инструкциями производителя. Продолжайте восстановление зуба.

ИЗБАВЛЕНИЕ: Соотнесите с принятыми коммунальными положениями, относящимся к отходам. При отсутствии таковых, соотнесите с национальными или региональными положениями, относящимися к отходам.

ГИГИЕНА: Закройте крышкой шприцы, снабженные механизмом luer lock. Используйте общедоступные гигиенические защитные покрытия в процессе лечения во избежание загрязнения.

ХРАНЕНИЕ: Хранить при комнатной температуре (20°C/68°F - 25°C/77°F).

ГАРАНТИЯ: BISCO, Inc. признает ответственность заменить продукт если он признан негодным к использованию. BISCO, Inc. не принимает на себе ответственности за потери и ущерб, прямой или косвенный при использовании продукта не так как описано в инструкции. Перед использованием, в обязанность врача входит определить применимость продукта. Пользователь принимает на себя весь риск и ответственность за использование продукта.

* TheraCal зарегистрированная торговая марка BISCO, Inc.

BISCO, INC.
1100 W. Irving Park Rd.
Schaumburg, IL 60193
U.S.A.
1-800-247-3368
847-534-6000
www.bisco.com

 BISCO France
120, allée de la Coudoulette
13680 Lançon De Provence
France
Tél. : 33-4-90-42-92-92